

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 孙媛	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 天津医科大学总医院	
项目信息	项目名称: 天津市第三中心医院血管紧张素 II 检测试剂盒套装(磁微粒化学发光法)采购项目	
	供应商名称: 天津慧康百泰科技发展有限公司	
专业人员论证意见	由于医院所使用的全自动化学发光免疫分析仪仅仅可与郑州安图生物工程股份有限公司生产的磁微粒化学发光系列试剂配套使用,无法使用其它厂家生产的试剂。天津慧康百泰科技发展有限公司是郑州安图生物工程股份有限公司在天津市第三中心医院唯一授权经销商。故建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	孙媛	日期 2025年11月25日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 郭海生
	职称: 副主任医师
	工作单位: 天津医科大学
项目信息	项目名称: 天津市第三中心医院血管紧张素 II 检测试剂盒套装 (磁微粒化学发光法) 采购项目
	供应商名称: 天津慧康百泰科技发展有限公司
专业人员论证意见	该单位拟申请的血管紧张素 II 检测试剂盒套装 (磁微粒化学发光法) 是长期临床应用的全自动化学发光分析仪 (型号: AutoLumo A6200) 的配套试剂。生产厂家为郑州安图生物科技股份有限公司。该试剂为不二致试剂。如果采用其他品牌型号的试剂将会导致检测结果不准确, 重复性差, 甚至会影响临床医生对患者病情的精确诊断。基于以上情况, 建议该项目的单一来源方式。由郑州安图生物科技股份有限公司提供试剂。 天津市第三中心医院 检验科 主任医师 郭海生 2025年11月25日
专业人员签字	郭海生 日期: 2025年11月25日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 付元凯	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 天津中心妇产科医院	
项目信息	项目名称: 天津市第三中心医院血管紧张素II检测试剂盒套装(磁微粒化学发光法)采购项目	
	供应商名称: 天津慧康百泰科技发展有限公司	
专业人员论证意见	天津第三中心医院拟采购血管紧张素II检测试剂盒套装(磁微粒化学发光法)为郭世安同生医疗器械股份有限公司生产。该试剂盒套装为医院现使用的自动化学发光免疫分析仪(型号Autolumo A6200 注册号2022220121)专用配套试剂。其他品牌试剂不能兼容。天津慧康百泰科技发展有限公司为天津第三中心医院唯一授权经销商。综上建议采用单一来源方式向天津慧康百泰科技发展有限公司采购该产品。	
专业人员签字	付元凯	日期2025年11月25日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写